

ایزو سیستم



نمونه دستورالعمل کالیبراسیون / تصدیق

www.isosystem.ir

جهت مشاوره رایگان دریافت گواهینامه های بین المللی ISO و گواهینامه انطباق اروپا CE با
تلفن های ۰۲۳-۳۳۴۴۴۸۱۳ و ۰۲۳-۳۳۴۴۴۸۱۴ تماس بگیرید.

شرکت :	دستورالعمل کالیبراسیون / تصدیق	کد مدرک :
		شماره بازنگری :

نام ابزار: گیج روغنی فشار	کد ابزار:	تاریخ:	شماره بازنگری:
هدف: تصدیق گیج دامنه: گیج های روغنی مربوط به تستر شرح : ۱- ابتدا گیج کالیبره شده را روی سه راهی نصب نمائید. ۲- گیج مورد نظر را روی سر دیگر سه راهی نصب کنید. ۳- سه راهی را روی تستر نصب نمائید. ۴- توسط پمپ دستی فشار را به تدریج بالا ببرید. ۵- در ۵ رنج متفاوت در محدوده کارکرد گیج نتایج هر دو گیج کالیبره شده و در حال تصویق را بررسی کنید. ۶- مقدار خطا را بررسی کرده و روی گیج بنویسید.			